

Bom dia!

Venho através deste solicitar esclarecimento sobre o item 5.1 do lote 5 Pregão Eletrônico nº15 /2014, balança.

Gostaríamos de saber se o equipamento citado acima deve possuir homologação do INMETRO?

Segue anexa portaria que esclarece sobre as atividades que solicitam selo do INMETRO compulsoriamente.

Ficamos no aguardo de vossa manifestação.

Att,

Denise Gomes
Licitações
Fone/Phone: +55 (11) 34114500
orcamento@marTE.com.br
www.marTE.com.br

Resposta da DSML - Diretoria da Secretaria de Material e Logística.

De ordem do Diretor, informo-lhe que ao equipamento solicitado não se aplica a Portaria Inmetro nº 236/94, visto que a referida norma refere-se a instrumentos de pesagem **não automáticos**.

Atenciosamente,

Christiane